

EU-Konformitätserklärung EU Declaration of Conformity

Dokument Nr. 14575907
Document No.

Revision 01
Issue

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die mit CE gekennzeichneten Produkte
We declare under our sole responsibility that the CE marked products

Typenbezeichnung
Type Designation PGU23.100-*, PGU26.100-*

Beschreibung
Description Rohrfedermanometer zum Anschluss an WIKA-Funkeinheit
Bourdon tube pressure gauge for connection to WIKA radio unit

gemäß gültigem Datenblatt
according to the valid data sheet PV 42.03

mit den nachfolgenden relevanten Harmonisierungsvorschriften der Union
übereinstimmen
are in conformity with the following relevant Union harmonisation legislation

Angewandte harmonisierte Normen:
Applied harmonised standards:

2011/65/EU Gefährliche Stoffe (RoHS)
Hazardous substances (RoHS) EN IEC 63000:2018

2014/68/EU Druckgeräterichtlinie (DGRL) ⁽¹⁾
Pressure Equipment Directive (PED) ⁽¹⁾

2014/30/EU Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Electromagnetic Compatibility (EMC) EN 61326-1:2013

2014/34/EU Explosionsschutz (ATEX) ⁽²⁾
Explosion protection (ATEX) ⁽²⁾



II 2G Ex ia IIC T4 Gb

EN 60079-0:2018
EN 60079-11:2012

(1) PS > 200 bar; Modul A, druckhaltendes Ausrüstungsteil
PS > 200 bar; Module A, pressure accessory

(2) EU-Baumusterprüfbescheinigung BVS 20 ATEX E 099 X von DEKRA Testing and Certification GmbH (Reg.-Nr. 0158).
EU type examination certificate BVS 20 ATEX E 099 X of DEKRA EXAM Testing and Certification GmbH (Reg. No. 0158).

Unterzeichnet für und im Namen von / *Signed for and on behalf of*

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

Klingenberg, 2022-11-23



Alfred Häfner, Vice President
Process Instrumentation Pressure



Roland Stapf, Head of Quality Management
Process Instrumentation Corporate Quality